

UMR 181 de Physiopathologie et Toxicologie Expérimentales INRA/ENVY 23, Chemin des Capelles, BP 87 614 31076 TOULOUSE cedex 03 Tel: 05.61.19.39.14 – Fax: 05. 61.19.39.17	Cahier des charges technique à l'achat d'équipement	
	Code : FMATE 030C/2	Page 1 sur 3

Titre : CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES A L'ACHAT

Appareil : AUTOCLAVE (200 L utile)

- **Plage d'utilisation en interne**

Stérilisation d'instruments, verreries, liquides, milieux de culture, instruments en sacs, matériel plastique (cônes pipettes en boites, tuyau polypropylène) et tissus. Stérilisation de matériel infectieux (classe 2).

Le séchage du matériel plastique et des tissus est requis en sortie d'autoclave.

- **Types d'alimentations**

1. Electrique : 380-400V
2. Eau : à définir selon matériel
3. Air : à définir selon matériel

- **Puissance en Watt et Volt : à définir selon matériel**

- **Conformité de l'équipement aux normes ou règlements en vigueur**

- **Les consommables associés et leur coûts**

- **Lieu et conditions d'exécution de la prestation**

1. Enlèvement de l'ancien équipement par le fournisseur
2. Livraison, installation et mise en service

- **Délivrance d'un constat de vérification**

- mise en service par le fournisseur en présence d'un organisme reconnu par l'apave

- **Formation des utilisateurs**

1. Formation du personnel à l'installation
2. Remise d'attestations de formation par le fournisseur
3. Coût de la formation

- **Garantie et modalités : 2 ans (pièce, main d'œuvre et déplacement)**